

LICITACION PUBLICA 003/2025
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Renglón 1

Video-Gastroscopio.

La caña debe ser compatible en un 100% con el procesador de Video Eluxeo EP-6000 marca Fujinon

El Gastroscopio que el oferente cotice deberá contar con los siguientes aspectos constructivos mínimos,

Deflexiones (Up/Down; Left/Right) no inferior a 210°/90°; 100°/100°.

Profundidad de campo no inferior a 1.5 – 100mm, con apertura de campo de al menos 140°.

Canal de trabajo no inferior a 2,8mm de diámetro, con un diámetro exterior igual o inferior a 10mm.

Longitud de trabajo de al menos 1100mm.

Sensor de imagen de alta resolución.

Se deben incluir por lo menos los siguientes ítems:

- Valija de transporte
- Válvulas de aire/agua
- Válvula de succión
- Cepillos para limpieza de canales
- Kit completo para limpieza/ reprocesamiento
- Kit probador de fugas

Condiciones de entrega

- El equipo deberá entregarse en las instalaciones del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta SAMIC. Flete a cargo del proveedor.
- El plazo de entrega e instalación será de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra.
- Deberá entregarse en conjunto con el equipo el manual de usuario en formato papel y en formato digital.
- Deberá entregarse en conjunto con el equipo el manual técnico / servicio en formato papel y en formato digital.

Garantía

- No menor a 1 (uno) año.
- La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del equipo.
- En caso de que el equipo quedare sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará automáticamente al tiempo de garantía.
- Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo, accesorios por el término de diez años a partir de la compra.