

LICITACION PUBLICA 003/2026
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

REGLON Nº1 : ADQUISICIÓN DE REENVASADORA DE COMPRIMIDOS Y AMPOLLAS

Especificaciones técnicas

- Alimentador automático de ampollas
- Rueda automática con al menos 33 posiciones para la carga de comprimidos y frasco ampollas
- Boquilla manual para el reenvasado de jeringas y ampollas grandes.
- Modalidad compatible para el reenvasado de unidosis adicionales dentro de un pouch.
- Rebobinador de producto terminado
- Sistema de corte variable.
- Deberá soportar Integración HL7
- Software integrable
- Actualizaciones incluidas
- Velocidad para fraccionamiento de ampollas no menor a 1100 ampollas /hora
- Velocidad para fraccionamiento de comprimidos no menor a 1500 comprimidos /hora

Características del equipo:

- Alimentador automático de ampollas: Carga y reenvasado de ampollas de diferentes tamaños.
- Rueda de alimentación de comprimidos con control automático autostop de 33 posiciones
- Rueda de alimentación con giro automático para frascoampollas.
- Alimentador manual para ampollas hasta 20 ml.
- Alimentador automático de ampollas hasta 5 ml.
- Bobinador de producto terminado.
- Pantalla de 19" táctil. Incluye periféricos adicionales
- Sistema de impresión de etiquetas full color.

Características del software:

- Deberá garantizar el resguardo de la información en tiempo real asegurando que ante un evento de rotura de PC local se pueda recuperar la copia online.
- Personalización de dosis unitarias (LASA Alto Riesgo, Cadena de frío, Alertas, etc)
- Registro de la producción y validación de medicamentos envasados en tiempo real.
- Generación de códigos de trazabilidad (QR, Data Matrix, Barra, etc).

- Importación de medicamentos directamente desde la base de datos de ANMAT.
- Emisión de reportes de producción. Por usuario, por día, mes y año.
- Interface HL7 compatible con sistemas hospitalarios y sistemas automatizados de dispensación de medicamentos

DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE IMPRESIÓN FULL COLOR DE ETIQUETAS COMPATIBLE.

CONSUMIBLES INCLUIDOS:

- **4 (cuatro) kit de recambio de tinta para sistema de impresión**
- **4000 (cuatro mil) mts de bobina transparente– Tamaño aprox 75 mm**
- **4000 (cuatro mil) mts de bobina metalizada – Tamaño aprox 117 mm**

Garantía: 12 (doce) meses

Lugar de entrega: Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner

Deberá incluir la Instalación, capacitación y puesta en marcha del equipo.

DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INGRESO AL HOSPITAL DE CUENCA ALTA NÉSTOR KIRCHNER SAMIC.

Consideraciones obligatorias para el ingreso de Higiene y Seguridad, Ambiente y Desarrollo Sustentable:

La empresa se compromete a cumplir en un todo lo exigible por las legislaciones vigentes en materia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

A tales efectos se le solicitara la siguiente documentación respaldatoria:

Art y Nomina del personal con Clausula de no Repetición al HCANK. **(HOSPITAL DE CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SERVICIO DE ATENCION MEDICA INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD / CUIT: 30-71508015-6)**

Plan anual de Capacitaciones.

Constancia de asistencia a las capacitaciones firmada por el responsable de seguridad e higiene laboral y el capacitado.

Constancia de entrega de elementos de protección personal firmada por trabajador.

Análisis de trabajo seguro de acuerdo a las tareas que realizaran dentro del predio del HCANK, firmada por el responsable de seguridad e higiene laboral.

Contacto telefónico y/o email del responsable de Seguridad e Higiene de la empresa.

Matricula vigente del responsable de Seguridad e Higiene de la empresa.