

---

LICITACION PUBLICA 015/2026  
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

**REGLON Nº1 : SIERRA OSCILANTE CORTADORA DE YESO ( 2 unidades)**

**A. Especificaciones técnicas Características:**

- Deberá ser una sierra oscilante apta para cortar yeso, vendas de yeso y yesos de fibra de vidrio
- Deberá poseer una frecuencia de oscilación de al menos 10 veces/minuto
- Deberá ser de una potencia de al menos 100 W
- El equipo deberá ser seguro ante tejidos blandos de modo que se garantice que el riesgo de lesiones sea nulo.
- El equipo deberá permitir seleccionar la velocidad de corte en hasta al menos 3 velocidades.
- Deberá ser de fácil mantenimiento y poseer un sistema de escobillas de carbón de fácil desarme.
- Deberá incluir:
  - Al menos 3 hojas de corte de entre 40 y 60 mm (+-5mm)
  - Llave de ajuste
  - Maletín de transporte

**B. Condiciones de entrega**

- El equipo deberá entregarse en las instalaciones del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta SAMIC. Flete a cargo del proveedor.
- El plazo de entrega e instalación será de 45 (cuarenta y cinco) días corridos contados a partir de la recepción de la orden de compra.
- Deberá entregarse en conjunto con el equipo el manual de usuario en formato papel y en formato digital.
- Deberá entregarse en conjunto con el equipo el manual técnico / servicio en formato papel y en formato digital.

**C. Garantía**

- No menor a 1 (uno) año.
- La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del equipo.
- En caso de que el equipo quedare sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la garantía, este tiempo se adicionará automáticamente al tiempo de garantía.