

## ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

### LICITACION PUBLICA 22/2025

#### RENLÓN Nº1 PROVISION DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON GRAN DISPLAY CON CALIBRACION

##### Cantidad: 22

- Rango de medición: 0 A 50°C // 10 A 99%HR.
- Resolución: 0.1°C / 1 %HR.
- Exactitud: +/- 1°C +/- 5% HR (entre 30% y 70%) resto +/- 8% HR
- Display de 2 líneas. Almacenamiento humedad y temperatura máxima y mínima.
- °C % °F Seleccionable
- indicación de Batería baja
- Dimensiones: 110 x 100 x 20 mm. (alto x frente x fondo).
- **CALIBRACIÓN DE TERMOHIGRÓMETRO.** De acuerdo a las necesidades del HCANK es necesaria la calibración de los termohigrómetros mencionados, en un laboratorio certificado por el INTI y a su entrega deberán contar con los resultados del protocolo realizado en cada equipo y un sticker identificatorio indicando la fecha de vencimiento de la calibración de cada equipo conforme Norma ISO 17025. En 3 puntos de temperatura entre 9º, 25º y 45º y en 2 puntos de humedad entre 33 y 75% HR.