

**LICITACIÓN PÚBLICA 023/2025
SEGUNDO LLAMADO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**

REGLON 9: SERVICIO DE AUDITORÍA ISO/IEC 17025:2017 EN LABORATORIO DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES

Debe tener el siguiente alcance:

- Requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017
- Requisitos del sistema de gestión del Laboratorio de Toxicología Ambiental.

Debe incluir:

- Firma de un compromiso de confidencialidad.
- Envío de plan de auditoría con al menos una semana de anticipación, que deberá ser aprobado por el Laboratorio de Toxicología Ambiental.
- Estudio documental previo a la auditoría.
- Reunión de apertura.
- Auditoría del sistema de gestión de la calidad del Laboratorio de Toxicología Ambiental del HCANK, en sede o a distancia.
- Reunión de cierre.
- Entrega de un informe de auditoría y lista de verificación.

Requisitos de los auditores:

- Experiencia comprobable en la realización de auditorías ISO 17025:2017.

El plan de auditoría debe incluir:

- Objetivo y alcance de la auditoría.
- Auditores designados y sus roles.
- Cronograma de auditoría

El informe de auditoría debe incluir:

- Fecha
- Objetivos
- Alcance
- Criterios de auditoría
- Equipo auditor
- Hallazgos de auditoría detallando requisito, descripción y evidencia.
- Conclusiones.

Fecha de realización de la auditoría: **A convenir con el Laboratorio de Toxicología Ambiental.**

Horario: entre las 9:00 y las 15:00 horas.

Lugar: Sede del Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, Ruta provincial N°6 km 52,5.