

---

**LICITACION PUBLICA 081/2025**  
**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES**

**REGLON Nº1 SILLA DE RUEDAS PARA OBESOS - 10 UNIDADES**

**Características:** Deberá ser plegable y estar reforzada con doble cruceta. La estructura del bastidor en caño de acero con revestimiento de pintura en polvo. Apoyabrazos acolchados y desmontables. Apoya pies articulados desmontables, rebatibles y regulables. Asiento tapizado en cuerina vinílica impermeable/lavable. Las ruedas delanteras deberán ser macizas de 24 cm de diámetro. Ruedas traseras macizas de 60 cm de diámetro con aros de autopropulsión. Frenos bilaterales de accionamiento manual.

**Especificaciones técnicas:** Ancho del asiento al menos de 60 cm. Altura del asiento aproximadamente de: 55 cm. Altura aproximada de la silla: 95 cm. Ancho total entre: 70/85 cm. Rueda Delantera de al menos 24 cm. Rueda Trasera de al menos 60 cm. Peso máximo del paciente al menos: 225k.